Wet-Stop® 3+ ANLEITUNG

Wählen Sie Vibrieren (V), Alarm (A), oder Beide (VA)

#1

Legen Sie die Batterien korrektein

#2

#3 Alarm

#4 Sensor

AUSSCHALTEN

1. Drücken sie die LED-taste.
2. Trocknen sie den sensor ab oder trennen sie das sensorkabel.

TIPPS

- Das kind sollte jeden abend den alarm für mindestens 2 - 3 wochen tragen bis es trocken ist.
- Wenn der alarm das kind nicht weckt, wecken sie es.
- Halten sie ein protokoll der trockenenund nassen nächte (ein belohn ungsdia gramm ist enthalten).
- Das ist eine teamarbeit: bleiben sie positiv!
- Wenn der alarm nass wird, öffnen sie das batteriefach und nehmen sie die batterien heraus. Lassen sie sie für einige tage trocknen. Wenn dies nicht funktioniert, dann benötigen sie einen neuen alarm.
- Download und lesen sie das komplette Bedwetting Buch bei PottyMD.com oder WetStop.com.

REINIGUNG

n Wasser oder Urin getaucht werden!

Wischen sie alarm und sensor mit trockenem einem trockenen tuch ab vor dem. Gebrauch nur der sensor kann mit wasser und seife gereinigt werden.

VORSICHT

1. Nicht zur verwendung als kleinkindtrainingshilfe für töpfchen training gedacht.
2. Nicht für kinder unter vier jahren geeignet, es sei denn, von einem arzt empfohlen.
3. Vergewissern sie sich, dass sich das, das kabel nicht um den benutzer verheddert.
4. Um eine erstickungsgefahr zu vermeiden, dürfen sie niemals eine komponenten in den mund stellen.
5. Ein weicher teppich oder polsterung am bett wird helfen, verletzungen zuverhindern, sollte Ihr kind vom bett ausrollen oder erwachen. Minimierung der höhe des bettes über dem boden ist ratsam.
6. Der Wet-Stop3+-Alarm sollte nur für eine person verwendet werden.

ONE YEAR WARRANTY

Ein jahr garantie gegen mängel in materialien und verarbeitung und gegen Bruch oder Ausfall bei normaler Verwendung diese Garantie gilt nicht im Fall eines. Missbrauchs.

1-865-584-6700

GRATIS DOWNLOAD
Das Komplette Bettnässerbuch
wetstop.com

www.
Anleitung und belohnungen
wetstop.com

PottyMD
Helping kids to stop and to go.
Knoxville, TN USA
Tel: 8 65-584-6700 • Fax: 865-584-6703
E-mail: support@pottymd.com • Web: www.PottyMD.com

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

DOC. #WS103.2 Deutsche

CE CE-Kennzeichnung

Siehe gebrauchsanweisung

Ausrüstung des Typs B

Batterie