Wet-Stop® 3+ INSTRUCCIONES

Elige Alarma (A), Vibración (V), o ambos (VA)

Introduzca las pilas correctamente



PARA DESACTIVAR

1. Pulse el botón LED.
2. Limpie el sensor seco o desconecte el cable del sensor

CONSEJOS

- Los niños deben usar la alarma todas las noches hasta que se seque durante al menos 2-3 semanas.
- Si la alarma no despierta al niño, despiértelo usted.
- Lleve un registro de noches secas y húmedas (tabla de premios incluidos).
- Se trata de un enfoque de equipo: ¡mantenga una actitud positiva!
- Si la alarma se pone húmeda, abra la tapa de las pilas y retire las pilas. Déjela secar por varios días. Si esto no funciona, necesitará una nueva alarma.
- Descargue y lea El libro completo da la enuresis (en inglés: The Complete Bedwetting Book) en PottyMD.com o WetStop.com.

LIMPIEZA

¡La alarma NO ES IMPERMEABLE!

La alarma no puede enjuagarse o sumergirse en agua u orina. Limpie la alarma y el sensor con un paño seco según sea necesario. Sólo el sensor puede limparse con agua y jabón.

PRECAUCIÓN

1. No está diseñada para utilizarse como ayuda a la educación infantil para el esfínter.
2. No está diseñado para niños menores de cuatro años de edad, a menos que cuente con recomendatión médica.
3. Asegúrese de que el cable no se enrede alrededor del usuario.
4. Para evitar riesgo de asfixia, no introduzca componente alguno en la boca en ningún momento.
5. Una alfombrilla o material de relleno suave en la cabecera ayudarán a evitar lesiones si su niño se cae de la cama al despertar. Se aconseja reducir al minimo la elevación de la cama por sobre el suelo.
6. La alarma Wet-Stop 3+ debe ser utilizada por una sola persona.

ONE YEAR WARRANTY

Cuenta con año de garantía contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra y contra la rotura o avería en condiciones de uso normales. Esta garantía no cubre el mal uso o el abuso.

1-865-584-6700

DESCARGA GRATUITA
El Libro Completo De La Enuresis
wetstop.com

www.
Instrucciones y recompensas
wetstop.com

PottyMD
Helping kids to stop and to go.
Knoxville, TN USA
Tel: 8 65-584-6700 • Fax: 865-584-6703
E-mail: support@pottymd.com • Web: www.PottyMD.com

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

DOC. #WS103.2 Español

Marcado de conformidad CE

Ver las instrucciones para su uso

Equipo Tipo B

Pila