Wet-Stop® 3+ ISTRUZIONI

Scegliere Vibrazione (V) Allarme (A), o Entrambi (VA)

#1



Inserire correttamente le batterie

#2



#3
Allarme

#4
Sensore

SPEGNIMENTO

1. Premere il pulsante LED.
2. Strofinare il sensore OPPURE disconnettere il cavo del sensore.

CONSIGLI

- Si consiglia di indossare l'allarme ogni notto fino a che il bambino non resterà asciutto per almeno 2-3 settimane.
- Se l'allarme non sveglia il tuo bambino, allora fallo tu.
- Tieni un diario delle notti asciutte e di quelle bagnate (inclusi i premi).
- Questo è un gioco di squadra: sii positivo!
- Se l'allarme si bagna, aprire il coperchio e rimuovere le batterie. Lasciarlo ad asciugare per più giorni. Se così non funzion a più allora sarà necessario un nuovo allarme.
- Scarica e leggi le istruzioni complete su PottyMD.com o WetStop.com.

PULIZIA

L'allarme NON E'IMPERMEABILE! Non sciacquare o immergere in acqua o nell'urina. Pulire l'allarme e il sensore con un panno asciutto. Solo il sensore può essere pulito con acqua e sapone.

AVVERTENZE

1. Non adatto come supporto per l'insegnamento al vasino.
2. Non adatto a bambini al di sotto di un anno, a meno che non sia consigliato dal medico.
3. Assicurarsi che la corda non si annodi attorno il bambino durante l'utilizzo.
4. Per prevenire il rischio di strangolamento, non mettere in bocca nessuno dei componenti.
5. Un tappeto morbido o un'imbottitura accanto al letto può aiutare a proteggere il tuo bambino durant il risveglio. Consigliabile minimizzare l'altezza del letto.
6. L'allarme Wet-Stop3+ dovrebbe essere utilizzato da una sola persona.

ONE YEAR WARRANTY

Garanzia di un anno per i difetti de fabbrica, dei materiali e di lavorazione, ma anche in caso rotdi tura o guasto in condizioni di normale utilizzo. Questa garanzia non copre l'uso improprio o l'abuso.

1-865-584-6700

DOWNLOAD GRATUITO
Il libro completo "Bedwetting"
wetstop.com

www.
Consigli e ricompensas
wetstop.com

PottyMD
Helping kids to stop and to go.
Knoxville, TN USA
Tel: 8 65-584-6700 • Fax: 865-584-6703
E-mail: support@pottymd.com • Web: www.PottyMD.com

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

DOC. #WS103.2 Italiano

CE Marchio di conformità

Consultare le istruzioni per l'uso

Apparecchiatura di Tipo B

Batterie